

铂电阻测温仪

RTM1521

用户手册

版本: V1.1
日期: 2022.10

青岛瑞迪仪器有限公司
Qingdao Realltech Instruments Co., LTD.

Realltech®

青岛瑞迪仪器有限公司


地址 山东省青岛市胶州上合示范区汇英街2号

电话 +86 17806256778

邮箱 sales@realltech.cn

网址 www.realltech.cn

产品结构



- 1 液晶显示屏
- 2 电源/背光 按键
- 3 °C/°F 按键
- 4 数据存储 按键
- 5 HOLD 按键
- 6 MAX/MIN 按键
- 7 传感器连接器
- 8 测温传感器

技术参数

显示	液晶显示屏
电阻类型	PT100铂热电阻
测量范围	-200~850°C (根据测温探针决定)
测量精度	±(0.1°C+0.1%Num)
显示分辨率	0.01 (-100~100) 0.1 (其他)
温度单位	°C/°F
采样通道	1通道
数据存储	手动存储, 99组 (可定制)
统计功能	最大值、最小值
自动关机	无操作后10分钟
工作环境	0~50°C, 0~80%RH (无凝结)
存储环境	-10~60°C, 0~90%RH (无凝结)
电源	4节7号电池
尺寸	170×80×31mm
重量	176g (不含电池)
标准配件	主机×1 PT-02A测温探针×1 (类型: PT100, 测温范围: -50~200°C) 中文说明书×1 便携箱×1
可选配件	其他类型/种类的测温探针

目录

产品概述	1
产品特点	1
产品结构	2
技术参数	3
操作说明	4
更换电池	6
清洁保养	6
保证	6

* 青岛瑞迪仪器有限公司保留随时修改、更正本文档的权利, 恕不另行通知。

操作说明

- 开 机: 长按[电源键]开机。
- 关 机: 开机状态下, 长按[电源键]关机。
- 背光开关: 开机状态下, 短按[电源键]可以开启或者关闭屏幕背光。

测量界面



- 进入测量界面: 开机默认进入测量界面。
- 切换温度单位: 短按[°C/°F]键, 可以切换温度单位。
- 数据保持: 短按[HOLD]键, 可以保持当前屏幕的显示值, 屏幕显示“HOLD”符号, 再次短按[HOLD]键可退出数据保持功能。
- 最大值最小值: 短按[MAX/MIN]键, 可以开启最大值功能, 屏幕显示会“Max”符号; 再次短按[MAX/MIN]键, 可以开启最小值功能, 屏幕显示“Min”符号; 再次短按[MAX/MIN]键, 退出最大值最小值功能。
- 数据存储: 长按[DATA]键, 可以存储当前测量值。
(注: 存储完成, 屏幕会显示 Data is stored.)

产品概述

本仪器是一款使用PT100铂热电阻作为传感器测量温度信号的高精度电阻测温仪。大液晶屏显示, 0.01°C/°F高显示分辨率, 测量精度可达±0.1°C。具有数据存储与查询功能。广泛应用于工业生产、研发实验、食品加工、冷藏存储、精密测温等多种场合。

产品特点

- 大液晶屏显示, 可选择开启或关闭背光显示。
- 单个测温通道。
- 采用高精度PT100铂热电阻进行温度测量。
- 支持°C和°F温度单位转换。
- 0.01°C/°F高显示分辨率。
- 测量精度可达±0.1°C。
- 数据存储功能(99组)。
- 最大值、最小值功能。
- 数据保持功能。
- 电池电量提示功能。
- 自动关机功能

存储界面



- 进入存储界面: 在测量界面, 短按[DATA]键, 进入存储界面, 屏幕显示“Data”符号。
- 退出存储界面: 在存储界面, 短按[DATA]键, 可以退出存储界面, 进入测量界面。
- 查看上一组数据: 短按[°C/°F]键, 可以查看上一组数据。
- 查看下一组数据: 短按[HOLD]键, 可以查看下一组数据。

更换电池

1. 当电池电量过低时，显示屏上会出现低电量指示符号，需及时更换电池。
2. 打开电池盖，取出电池。
3. 依照电池仓“+”“-”标识所示，正确地装上电池。
4. 如果在很长一段时间内不使用该仪表，请将电池取出，以防电池腐烂而损坏仪表。

清洁保养

切勿使用任何腐蚀剂或溶剂清洁仪表，避免对仪表造成损坏。不要擅自拆卸仪器，错误的方法不仅会造成人为的损坏，还会使您失去保修的权利。

保证

我们提供产品自购买之日起一年内的质保服务，因人为造成的产品损坏不在保修范围内。如需了解更多的服务内容，请联系services@realtech.cn。